

仕様等に関する質問書

令和7年6月13日

入札名： 高規格救急自動車（1台）

納入場所： 消防本部総務課管理係

番号	質疑	回答
1	・P3-第1-8-(2) 艀装箇所の保証期間は1年となります。	ご提示いただいた内容で問題ございません。
2	・P6-第2-3-(2)-② 上部1/3にスモークフィルム等でプライバシー配慮とございますが、プライバシーガラスの対応でよろしいでしょうか。	ご提示いただいた内容で問題ございません。
3	・P6-第2-3-(3)-② 上部1 / 3にスモークフィルム等でプライバシー配慮とございますが、プライバシーガラスの対応でよろしいでしょうか。	ご提示いただいた内容で問題ございません。
4	・P6-第2-3-(3)-⑦ リアハッチアンダーミラーは、装着されてないため、取手を設けることはできませんが、よろしいでしょうか。	ご提示いただいた内容で問題ございません。
5	・P6-第2-3-(3)-⑧ リヤワイパーは、インテリジェントルームミラー装着のため、取り外しはできませんが、よろしいでしょうか。	ご提示いただいた内容で問題ございません。
6	・P8-第3-1-(1)-① 防振架台は、スイング架台ではなく、空気式防振架台となりますが、よろしいでしょうか。	ご提示いただいた内容で問題ございません。

7	・P10-第3-4-(1) 運転席、隊長席オーバーヘッド部に資機材収納庫取付箇所がないため、運転席側と隊長席側にそれぞれ網の取付となりますが、よろしいでしょうか。	仕様書では、「患者室前方のオーバーヘッド部の収納庫」について記載しております。
8	・P11-第4-2-(3)と(5) 車両後部リヤルーフ横と車両左右側面上部の赤色点滅灯は、ルーフサイト前後左右に赤色点滅灯計4灯取付となりますが、よろしいでしょうか。	ご提示いただいた内容で問題ございません。
9	・P14-第6-5 消火器は隊長席後部に取付となりますが、よろしいでしょうか。	活動に支障がなければ、ご提示いただいた内容で問題ございません。
10	・P17-別表1-24と25 室内灯とスポットライトはLEDのため、W表記はなしとなりますが、よろしいでしょうか。	十分な明るさが確保されているのであれば、ご提示いただいた内容で問題ございません。